

ANTWOORD OP DE VRAAG OM UITLEG 5-4100VAN L. IDE

1. De regionale verschillen inzake het voorschrijven van CT- en NMR-scans die u vaststelt, kunnen ongetwijfeld grotendeels worden toegeschreven aan de beschikbaarheid van de CT- en NMR-toestellen en de spreiding ervan op het grondgebied. België beschikt namelijk over 109 NMR-toestellen waarvan 58 in Vlaanderen, 19 in Brussel en 32 in Wallonië. Het aantal toestellen per inwoner is het grootst in Brussel, gevolgd door Vlaanderen en vervolgens Wallonië. Voor de CT-scans is het aantal toestellen per inwoner het grootst in Brussel, gevolgd door Wallonië en vervolgens Vlaanderen. Die situatie verklaart waarom Vlaamse en Brusselse artsen vaker gebruiken maken van een NMR-scan en hun Waalse collega's van een CT-scan.
2. Sinds de start van die campagne stellen wij vast dat het stralingsniveau is gedaald. Uit de observaties blijkt namelijk dat zich in 2008 en 2009, op het ogenblik van de bewustwording, een theoretische stralingspiek heeft voorgedaan. Sinds de invoering van de strategie in 2010 kan een gelijkmatige afname van het theoretische stralingsniveau tot 2,2 mSv/inw. in 2012, ofwel het niveau van 2004-2005, worden vastgesteld.
3. Mijn diensten bereiden momenteel met de hulp van de deelstaten een grondige hervorming van de radiologie voor met het oog op een beter gebruik van de CT-scans. Deze hervorming zou dit jaar nog concreet moeten worden.

Laurette ONKELINX.